

Factsheet zur Eignungsprüfung Druck 70 bar

Prüfgegenstand	Digitales Überdruckmessgerät (Luft, 0 bar bis 70 bar)
Modell	Druckmessgerät Crystal XP2i
Messgrößen(n)	Überdruck (Luft, 0 bar bis 70 bar), DKD-R 6-1 03/2014, Ablauf A
Messpunkte/-bereich	0 bar; 7,5 bar; 15 bar; 20 bar; 30 bar; 40 bar; 50 bar; 60 bar; 70 bar
CMC	https://www.esz-ag.de/presse/document/dakks-anlage-d-k-15019-2025-06/ oder berechnet nach Methode D
Auswertungsmethode Factsheet Methoden Referenzdatenbestimmung	A: Referenzlabor D: Berechnung der Referenzdaten aus den Teilnehmerdaten (nur bei mind. 5 Teilnehmern mit akkreditierter Messgröße möglich)
Referenzlabor	esz AG oder berechnet nach Methode D
Voraussichtlicher Beginn	Q4/2025
Voraussichtliche Dauer	4 Monate
Koordinator	Corinna Naumann (Eignungsprüfungsmanagerin)
Bemerkungen	Details werden nach Anmeldungen der Teilnehmer festgelegt, Teilnehmerwünsche können begrenzt berücksichtigt werden